

# Głowica dezynfekująca do Sterimatic



- głowica dezynfekująca zawiera 2,5% aldehyd glutarowy i 5% bardac 22,
- przed użyciem należy oderwać zatyczkę w celu odpieczętowania i przygotowania głowicy do użycia,
- jedna głowica wystarcza na ok. 100 iniekcji, a po napoczęciu zachowuje skuteczność przez 72 godziny.

